Plán dezinfekcí a čištění včetně plánu na ochranu pokožky pro ordinace zubního lékaře

se zřetelem k předpisu 1 profesního sdružení DGUV, TRBA 250 a § 36 zákona na ochranu proti infekci

co Objekt, jehož údržba se má provést	jak Způsob údržby	čím Pracovní prostředky (např. dezinfekční prostředek, na seznamu VAH), přípravek, dávkování, doba působení[1]	kdy Doba, četnost, sled hygienických opatření	kdo Jméno a podpis odpovědné osoby
Nástroje				
Nástroje a pomůcky pro • obecná, preventivní, restaurativní ošetření nebo ošetření čelistní ortopedie, např. lžíce pro otisky, misky, kazety, podnosy, sklenice, odsávací kanyly nebo snímatelné odsávací spojky • chirurgická, parodontologická nebo endodontická ošetření např. injekční stříkačky, kleště, páky **Rotující nebo oscilující nástroje pro** • obecná, preventivní, restaurativní ošetření nebo ošetření čelistní ortopedie, např. leštící, vrtací, frézovací, brousící nástroje, finirky • chirurgická, parodontologická nebo endodontická ošetření např. endodontické/parodontologické nástroje a chirurgické rotující nástroje	**Příprava nástrojů:** 1. Odbornou **příprava** úpravy a **transport** bezpečný vůči kontaminaci na místo úpravy 2. **Odstranění hrubých organických nečistot** buničinou 3. **Čištění a dezinfekce** 3.1 Chemicky namokro: • Vložit nástroje v rozloženém stavu, popř. kloubová spojení v otevřeném stavu, bez bublin, uvnitř a vně pokryté dezinfekčním a čisticím roztokem, mechanické čištění (případně ultrazvuková koupel), mezivyplachování vodou • Chemická dezinfekce, vypláchování po uplynutí doby působení vhodnou vodou, sušení 3.2 Strojní úprava: • Dezinfekce, čištění, vysoušení v RDG (čistící a dezinfekční přístroj) v souladu s instrukcemi výrobce 4. **Kontrola** čistoty, nedotčenosti, popř. zopakovat krok 3 5. **Identifikace** 6. **Péče a údržba** 7. **Funkční kontrola** 8. **Označení** (dle požadavku) 9. **Sterilizace parou** účinným, schváleným postupem: 9.1 Nekritické nástroje*; sterilizace parou není nutná 9.2 Polokritické nástroje**; nerozbalené na miskách, prosévací misky, podnosy, stojany, misky atd. nebo zabalené ve sterilním obalu dle EN 868 9.3 Kritické nástroje***; zabalené ve sterilním obalu dle EN 868 10. Dokumentované **schválení** zdravotnických prostředků k použití 11. **Skladování** chráněné proti kontaminaci, doba skladování podle EN 868	ID 212, ID 212 forte, ID 213: 2 % / 5 min. – 2 % / 60 min. – 2 % / 60 min. ID 212 forte, ID 213: 2 % / 2 min. ID 212: 2 % / 60 min. – 4 % / 30 min. – 2 % / 30 min. ID 220: 100 % / 1 min. – 100 % / 0,5 min. Na všeobecné a chirurgické nástroje: Dezinfekce: **ID 212, ID 212 forte, ID 213** Čištění: **ID 215**[1], 2 % (20 ml/l vody), 15 min. Na rotující nástroje: Dezinfekce: **ID 220**, neředěný Čištění: **ID 215**[1], 2 % (20 ml/l vody), 15 min. Přístroj na čištění a dezinfekci: Program: Teplota/doba působení: Parní sterilizátor: **Autokláv** Program: Teplota/doba působení:	Úprava probíhá přímo po ošetření při zohlednění hodnocení rizik a klasifikace výrobků používaných v lékařství v RDG uložení v suchu před dezinfekcí, ne více než 6 hod.	
Přenosné nástroje pro obecná, preventivní a restaurativní, čelistně ortopedická, chirurgická, parodontologická nebo endodontické ošetření např. turbínky, násadce a úhlové násadce **Doplňkové přístroje** s výstupem tekutin nebo vzduchu nebo částic či bez nich např. přístroje na odstranění zubního kazu, ústní pískovače, intraorální kamera, atd.	**Úprava probíhá jako u výše uvedených nástrojů (krok 3 a 9 dle instrukcí výrobce)** Vně: Dezinfekce otřením a čištění Uvnitř: Čištění Péče (olejování vnitřních dílů) **Strojní úprava:** , Dezinfekce/Čištění např. v RDG (přístroj na čištění a dezinfekci) Vnitřní čištění vnitřních částí a péče o ně	**FD multi wipes, FD multi wipes compact** Ubrousky k jednorázovému použití: **FD 322**, neředěný, 1 min. podle VAH **FD 333**, neředěný, 1 min. podle VAH **FD 366 sensitive**, neředěný, 1 min. podle VAH **FD 333 wipes**, neředěný, 1 min. podle VAH **FD 350 dezinfekční ubrousky**, neředěné, 1 min. podle VAH **FD 366 sensitive wipes**, neředěné, 1 min. podle VAH Přípravek, přístroj: Přístroj: Program: Teplota/doba působení:	po každém ošetření a po kontaminaci	
Plochy				
Plochy a podlahy ve vyšetřovacích a ošetřovacích prostorech (např. ošetřovací jednotka, přístroje, sklíčidlo)	Plochy dezinfikovat a čistit dezinfekčním postupem mytí a otření (vhodnou metodou otření za mokra). Neoplachovat nebo neutřít před uplynutím doby působení. Opětovné použití ploch, jakmile jsou tyto viditelně suché	**FD 300**, 1 % (10 ml/l vody), 15 min. podle VAH **FD 312**, 1 % (10 ml/l vody), 15 min. podle VAH **FD 370 cleaner**, 1 % (10 ml/l vody) Ubrousky k jednorázovému použití nebo hygienicky upravené ubrousky, otíratelné pomůcky k opakovanému použití **FD 300 top wipes**, neředěný, 2 min. podle VAH **FD 312 wet wipes**, neředěný, 15 min. podle VAH **FD multi wipes, FD multi wipes compact**, ubrousky k jednorázovému použití: **FD 300**, 2 % (20 ml/l vody), 5 min. podle VAH **FD 312**, 2 % (20 ml/l vody), 5 min. podle VAH	v pracovní dny (např. na konci dne ošetřování), dodatečně v případě potřeby	Uklízečka
Předměty a malé plochy v blízkosti pacienta, k jejichž kontaminaci došlo a nelze je dezinfikovat tepelně nebo vložením do roztoků (např. ošetřovací jednotka, přístroje, pracovní plochy, zařizovací předměty, rentgenová zařízení, držadla svítidel, obaly intraorální filmů)	Otírat dezinfekčními prostředky Dezinfekci postříkem omezit na úseky nedostupné pro dezinfekci otíráním Dbejte, aby došlo k úplnému smočení, dodržet dobu působení, nechat uschnout Čištění a péče (např. ošetřovací křesla)	**FD multi wipes, FD multi wipes compact**, ubrousky k jednorázovému použití: **FD 322**, neředěný, 1 min. podle VAH **FD 333**, neředěný, 1 min. podle VAH **FD 366 sensitive**, neředěný, 1 min. podle VAH **FD 333 wipes**, neředěný, 1 min. podle VAH **FD 350 dezinfekční ubrousky**, neředěné, 1 min. podle VAH **FD 366 sensitive wipes**, neředěný, 1 min. podle VAH **FD 360 čistící prostředek na umělou kůži**, neředěný	v ošetřovacím prostoru po každém ošetření a po kontaminaci v případě potřeby	
Plán ochrany pokožky	Předpis stanoví snadno dosažitelné místo k umytí rukou s tekoucí teplou a studenou vodou, dávkovač s mycím prostředkem šetrným k pokožce, prostředky pro dezinfekci rukou a vhodný prostředek pro péči o pokožku a dále rukavky k jednorázovému použití. Na rukou a předlokních nesmí být žádné špeky, hodinky ani prstýny.			**Pokožka a ruce**
Pokožka pod účinkem • pracovních látek rozpustných ve vodě, např. dezinfekčních prostředků, čisticích prostředků, chemikálií používaných při vyvíjení rentgenového filmu • ve vodě nerozpustných pracovních látek, např. organických rozpouštědel, čisticího benzínu • navlhlá a rozmáčklá pokožka (macerace) např. při nošení rukavic	**Čištění rukou:** Pod tekoucí vodou s tekutým mýdlem šetrným k pokožce z dávkovače, usušení ručníkem k jednorázovému použití	tekuté mycí přípravky šetrné k pokožce: **HD 425** nebo **HD 435** z přímého dávkovače Ručník k jednorázovému použití	před začátkem ošetření, po skončení ošetření, při viditelném znečištění, před jídlem, po každé návštěvě toalety, po kýchnutí, čištění nosu nebo kašli,	všichni zaměstnanci
	Ochrana a péče o pokožku: Dbejte na pečlivé nanesení mezi prsty, na nehtová lůžka a na hřbety rukou	**HD 440** nebo ochranná emulze W/O		všichni zaměstnanci
Pokožka při nefyziologickém napadení např. bakteriemi, houbami, viry	**Hygienická dezinfekce rukou:** Prostředky na dezinfekci rukou roztírejte podle postupu vtírání CEN/EN 1500, dokud se zcela nevsáhnou. Ruce musí být před použitím lékařských jednorázových rukavic suché. **Chirurgická dezinfekce rukou:** Umývat ruce a předloktí až po loket po dobu 1 minuty, přitom si kartáčkem umýt nehty prstů a nehtová lůžka, je-li to nutné. Ruce a předloktí zcela navlhčit vtíráním (v souladu s postupem k jejich vtírání CEN/EN 12791) dávkovaného přípravku roztoku na dezinfekci rukou a během doby působení držet ruce vlhké. Ruce musí být před použitím sterilních lékařských jednorázových rukavic suché.	**HD 410**, min. 3 ml, 15 s podle VAH **HD 412 essential**, min. 3 ml, 30 s podle VAH **HD 410**, min. 10 ml, 1,5 min. podle VAH **HD 412 essential**, min. 5 ml, 5 min. podle VAH	před přípravou k práci, před každým ošetřením a po něm, při přerušení ošetření, po údržbě pracovišť, před natáhnutím, popř. po stáhnutí rukavic před rozsáhlými stomatologickými chirurgickými/orálními chirurgickými zákroky, před všemi stomatologickými chirurgickými/orálními chirurgickými zákroky u pacientů se zvýšeným rizikem infekce	všichni zaměstnanci
Speciální oblasti				
Odsávací zařízení, Odsávací hadice (uvnitř) **Plivátko** (uvnitř)	Čištění prosáváním směsi vody a vzduchu, zejména když se odsávala krev	studená voda (min. 0,5 litru)	po každém ošetření	
	a) Dezinfekce: pomalé prosávání směsi vzduchu a dezinfekčního/čisticího roztoku b) Čištění: odstranění usazenin (vápna, zárodků, solí z ústních pískovačů) Dezinfekce a čištění plivátka	Koncentrát namíchat v systému ošetření **OroCup** a odsát a) **Orotol® plus**, 2 % (20 ml/l vody), 5 min. podle VAH **Orotol® ultra**, 1 % (10 g/l vody), 5 min. podle VAH b) **MD 555 cleaner**, 5 % (50 ml/l vody), 30–120 min. **MD 550**, neředěný	a) 1x až 2x denně, min. po ukončení pracovní činnosti b) 1x až 2x týdně, před polední přestávkou dodatečně v případě potřeby	
Filtr **Odlučovač amalgámu**	Výměna, popř. čištění filtru podle předpisu výrobce Výměna/vyprázdnění zachytávacího kontejneru a likvidace vyloučených částí podle instrukcí výrobce	Používejte OOP (osobní ochranné prostředky) nedotýkejte se kontaminovaných částí odlučovače, používejte OOP	Používejte ochranné pracovní pomůcky v případě potřeby v případě potřeby	
Odsávací hadice (vně) **atd.** **Plivátko** (uvnitř a vně)	Dezinfekce a čištění otřením	**FD multi wipes, FD multi wipes compact**, ubrousky k jednorázovému použití: **FD 322**, neředěný, 1 min. podle VAH **FD 333**, neředěný, 1 min. podle VAH **FD 366 sensitive**, neředěný, 1 min. podle VAH **FD 300 top wipes**, neředěný, 2 min. podle VAH **FD 333 wipes**, neředěný, 1 min. podle VAH **FD 350 dezinfekční ubrousky**, neředěné, 1 min. podle VAH **FD 366 sensitive wipes**, neředěný, 1 min. podle VAH	po každém ošetření	
Otisky např. algináty, silikony, polyéterová pryž, hydrokoloidy, polysulfidy atd., stejně jako **obrobky a pomůcky** např. protézy, můstky atd., sádrové modely, záznamy skusu a šablony skusu z vosku, šeloku nebo umělé hmoty a dále artikulátory, okludátory, fixátory, obličejové oblouky apod.	Dezinfekce a čištění **strojním postupem:** podle předpisu výrobce **Mokrý chemický postup:** Dezinfekce a čištění vložením do roztoku, po uplynutí doby působení propláchnout pod tekoucí vodou, popř. vysušit vzduchem	Přístroj: **Hygojet** Přípravek: **MD 520,** neředěné, 10 min. podle VAH **MD 520,** neředěné, 5 min. podle VAH	pod vyndání z úst před přepravou do zubní laboratoře, po obdržení ze zubní laboratoře	
Předměty s povrchovými vrstvami rozpustnými v kyselině např. cementy, zubní kámen, oxidační vrstvy, zbytky tavidla	Čištění (např. v ultrazvukové lázni)	**MD 530**, neředěné	v případě potřeby	
Předměty s nánosy ze sádry nebo alginátu	Čištění (např. v ultrazvukové lázni)	**MD 535**, neředěné	v případě potřeby	
Ostatní				
Orální antisepse	Propláchnutí ústní dutiny nebo napuštění tampónů antiseptikem k redukci chorobaplodných zárodků v ústní dutině pacienta a také k současné prevenci pracovního týmu ordinace před infekcí	Přípravek a dávkování: **Lunos® dentální ústní roztok**, neředěný [20 ml], 1 min.	před chirurgickými zákroky, u pacientů se zvýšeným rizikem infekce	Pacient
Prádlo Ochranný oděv dle DIN 66 083, operační prádlo, zvláště operační ubrousky, oděv pro operační úsek, pracovní oděv, atd.	Operační prádlo a operační oděv, ochranné oděvy a textilní materiály, které přicházejí do kontaktu s pacientem, se musí interně nebo v rámci nákupu služeb u jiných firem vyčistit akreditovaným dezinfekčním a pracím postupem (dezinfekční automatická pračka dle EN 13795-1), operační prádlo se poté musí vhodně sterilizovat parní sterilizací. Pracovní oděvy se musí shromažďovat v dostatečně odolných a nepropustných nádobách/pytlích a čistit termicko nebo chemicko a termicko dezinfekční metodou	Přístroj: Mycí program: Přípravek, dávkování:	po použití po kontaminaci	Podnikatel
Odpad Odpad z ošetřoven a ambulancí	Špičaté, ostré, snadno rozbitné předměty, části těla (např. zuby, tkáně), odpady kontaminované krví, výměšky (např. odsávač slin, vatové rolky, tampóny aj.), rovněž odpad obsahující zárodky nemocí, jež je nutné rozbít, je třeba shromažďovat bezprostředně na místě jejich výskytu v nepropustných odpadních nádobách bezpečných proti propíchnutí, pražení a odolných proti vlhkosti a bez přemísťování nebo it-dění dopravit je v uzavřených odpadních nádobách k likvidaci spálením. Olověné fólie, staré filmy, ustalovače, vývojky, zbytky obsahující rtuť, staré léky, baterie budou likvidovány provazy zajišťujícími likvidaci odpadu. Odpady podobné domovnímu odpadu se budou shromažďovat v odpadních pytlích a třídit a likvidovat podle místních ustanovení.			

* Nekritické zdravotnické prostředky: zdravotnické prostředky, které přicházejí do styku výlučně s intaktní kůží
** Polokritické zdravotnické prostředky: zdravotnické prostředky, které přicházejí do styku se sliznicemi nebo chorobně změněnou kůží
*** Kritické zdravotnické prostředky: zdravotnické prostředky, které pronikají kůží nebo sliznicemi a přitom se dostávají do kontaktu s krví, vnitřními tkáněmi a orgány (včetně poraněné) a výrobky používané v lékařství pro aplikaci krve, krevních produktů aj. sterilních léčiv Pacienti, u kterých je podezření na klinické onemocnění některé z přenosných spongiózních forem encefalopatie (CJK, vCJK atd.) se musí ošetřovat v zařízeních, která disponují vhodnými možnostmi prevence infekce. Úprava nástrojů a materiálů, které budou opět použity, se smí provádět pouze v zařízeních s externě certifikovaným managementem jakosti dle DIN EN ISO 13485/13488.

[1] Další pokyny viz produktové informace na internetu.
[2] dle EN 13727, EN 13624, EN 14561, EN 14562

Razítko ordinace/datum/podpis podnikatele

Tento plán dezinfekce a čištění předala společnost
DÜRR DENTAL SE · Höpfigheimer Str. 17
74321 Bietigheim-Bissingen · Germany · www.duerrdental.com
Telefon 0 71 42/705-0 · Fax 0 71 42/705-500

DÜRR DENTAL
THE BEST, BY DESIGN

PI 001.020.30.1005-04.04.09-S01/02
Technické změny vyhrazeny

Plán dezinfekcí a čištění včetně plánu na ochranu pokožky pro ordinace zubního lékaře

se zřetelem k předpisu 1 profesního sdružení DGUV, TRBA 250 a § 36 zákona na ochranu proti infekci

co Objekt, jehož údržba se má provést	jak Způsob údržby	čím Pracovní prostředky (např. dezinfekční prostředek, na seznamu VAH), přípravek, dávkování, doba působení[1]	kdy Doba, četnost, sled hygienických opatření	kdo Jména a podpis odpovědné osoby
				Nástroje
 Nástroje a pomůcky pro • obecná, preventivní, restaurativní ošetření nebo ošetření čelistní ortopedie, např. lžíce pro otisky, misky, kazety, podnosy, sklenice, osušovací kanyly nebo snímatelné odsávací spojky • chirurgická, parodontologická nebo endodontická ošetření např. injekční stříkačky, kleště, páky	**Příprava nástrojů:** 1. Odbornou **přípravu** úpravy a **transport** bezpečný vůči kontaminaci na místo úpravy 2. **Odstranění hrubých organických nečistot** buničinou 3. **Čištění a dezinfekce** 3.1 Chemicky namokro: • Vložit nástroje v rozloženém stavu, popř. kloubová spojení v otevřeném stavu, bez bublin, uvnitř a vně pokryté dezinfekčním a čisticím roztokem, mechanické čištění (případně ultrazvuková koupel), mezivypláchování vodou • Chemická dezinfekce, vypláchování po uplynutí doby působení vhodnou vodou, sušení 3.2 Strojní úprava: • Dezinfekce, čištění, vysušení v RDG (čistící a dezinfekční přístroj) v souladu s instrukcemi výrobce 4. **Kontrola** čistoty, nedotčenosti, popř. zopakovat krok 3 5. **Identifikace** 6. **Péče a údržba** 7. **Funkční kontrola** 8. **Označení** (dle požadavku) 9. **Sterilizace parou** účinným, schváleným postupem: 9.1 Nekritické nástroje*; sterilizace parou není nutná 9.2 Polokritické nástroje**; nerozbalené na miskách, prosévací misky, podnosy, stojany, misky atd. nebo zabalené ve sterilním obalu dle EN 868 9.3 Kritické nástroje***; zabalené ve sterilním obalu dle EN 868 10. Dokumentované **schválení** zdravotnických prostředků k použití 11. **Skladování** chráněné proti kontaminaci, doba skladování podle EN 868	Na všeobecné a chirurgické nástroje: Na rotující nástroje: Přístroj na čištění a dezinfekci: Program: Teplota/doba působení: Parní sterilizátor: **Autoklav** Program: Teplota/doba působení: Sáček, zásuvka (chráněno proti prachu)	Úprava probíhá přímo po ošetření při zohlednění hodnocení rizik a klasifikace výrobků používaných v lékařství v RDG uložení v suchu před dezinfekcí, ne více než 6 hod.	
 Rotující nebo oscilující nástroje pro • obecná, preventivní, restaurativní ošetření nebo ošetření čelistní ortopedie, např. leštící, vrtací, frézovací, brousící nástroje, finirky • chirurgická, parodontologická nebo endodontická ošetření např. endodontické/parodontologické nástroje a chirurgické rotující nástroje				
 Přenosné nástroje pro obecná, preventivní restaurativní, čelistně ortopedická, chirurgická, parodontologická nebo endodontická ošetření např. turbínky, násadce a úhlové násadce **Doplňkové přístroje** s výstupem tekutin nebo vzduchu nebo částic či bez nich např. přístroje na odstranění zubního kazu, ústní pískovače, intraorální kamera, atd.	**Úprava probíhá jako u výše uvedených nástrojů (krok 3 a 9 dle instrukcí výrobce)** Vně: Dezinfekce otřením a čištění Uvnitř: čištění Péče (olejování vnitřních dílů) **Strojní úprava:** , Dezinfekce/čištění např. v RDG (přístroj na čištění a dezinfekci) Vnitřní čištění vnitřních částí a péče o ně	Přípravek, přístroj: Přístroj: Program: Teplota/doba působení:	po každém ošetření a po kontaminaci	
				Plochy
 Plochy a podlahy ve vyšetřovacích a ošetřovacích prostorech (např. ošetřovací jednotka, přístroje, stříní)	Plochy dezinfikovat a čistit dezinfekčním postupem mytí a otření (vhodnou metodou otření za mokra). Neoplachovat nebo neutřít před uplynutím doby působení. Opětovné použití ploch, jakmile jsou tyto viditelně suché	S ubrousky k jednorázovému použití nebo hygienicky upravenými ubrousky, otírateltnými prostředky k opakovanému upotřebení	v pracovní dny (např. na konci dne ošetřování), dodatečně v případě potřeby	Uklízečka
 Předměty a malé plochy v blízkosti pacienta, k jejichž kontaminaci došlo a nelze je dezinfikovat tepelně nebo vložením do roztoků (např. ošetřovací jednotka, přístroje, pracovní plochy, zařizovací předměty, rentgenová zařízení, držadla svítidel, obaly intraorální filmů)	Otírat dezinfekčními prostředky Dezinfekci postříkem omezit na úseky nedostupné pro dezinfekci otíráním Dbejte, aby došlo k úplnému smočení, dodržet dobu působení, nechat uschnout Čištění a péče (např. ošetřovací křesla)		v ošetřovacím prostoru po každém ošetření a po kontaminaci v případě potřeby	
Plán ochrany pokožky	Předpis stanoví snadno dosažitelné místo k umytí rukou s tekoucí teplou a studenou vodou, dávkovač s mycím prostředkem šetrným k pokožce, prostředky pro dezinfekci rukou a vhodný prostředek pro péči o pokožku a dále ručníky k jednorázovému použití. Na rukou a předlokt̆ích nesmí žádné šperky, hodinky ani prsteny			**Pokožka a ruce**
 Pokožka pod účinkem • pracovních látek rozpustných ve vodě, např. dezinfekčních prostředků, čisticích prostředků, chemikálií používaných při vyvíjení rentgenového filmu • ve vodě nerozpustných pracovních látek, např. organických rozpouštědel, čisticího benzínu • navlhlá a rozmáčklá pokožka (macerace) např. při nošení rukavic	**Čištění rukou:** Pod tekoucí vodou s tekutým mýdlem šetrným k pokožce z dávkovače, usušení ručníkem k jednorázovému použití	Mycí tekuté přípravky šetrné k pokožce: Ručník k jednorázovému použití Ochranná emulze W/O Přípravek:	před začátkem ošetření, po skončení ošetření, při viditelném znečištění, před jídlem, po každé návštěvě toalety, po kýchnutí, čištění nosu nebo kašli,	všichni zaměstnanci
	Ochrana a péče o pokožku: Dbejte na pečlivé nanesení mezi prsty, na nehtová lůžka a na hřbety rukou			všichni zaměstnanci
Pokožka při nefyziologickém napadení např. bakteriemi, houbami, viry	**Hygienická dezinfekce rukou:** Prostředky na dezinfekci rukou roztírejte podle postupu vtírání CEN/EN 1500, dokud se zcela nevsáhne. Ruce musí být před použitím lékařských jednorázových rukavic suché. **Chirurgická dezinfekce rukou:** Umývat ruce a předloktí až po loket po dobu 1 minuty, přitom si kartáčkem umýt nehty prstů a nehtová lůžka, je-li to nutné. Ruce a předloktí zcela navlhčit vtíráním (v souladu s postupem k jejich vtírání CEN/EN 12791) dávkovaného přípravku roztoku na dezinfekci rukou a během doby působení držet ruce vlhké. Ruce musí být před použitím sterilních lékařských jednorázových rukavic suché.		před přípravou k práci, před každým ošetřením a po něm, při přerušení ošetření, po údržbě pracoviště, před natáhnutím, popř. po stáhnutí rukavic před rozsáhlými stomatologickými chirurgickými/orálními chirurgickými zákroky, před všemi stomatologickými chirurgickými/orálními chirurgickými zákroky u pacientů se zvýšeným rizikem infekce	všichni zaměstnanci
				Speciální oblasti
 Odsávací zařízení, Odsávací hadice (uvnitř) **Plivátko** (uvnitř)	Čištění prosováním směsi vody a vzduchu, zejména když se odsávala krev	studená voda (min. 0,5 litru)	po každém ošetření	
 a) Dezinfekce: pomalé prosávání směsi vzduchu a dezinfekčního/čisticího roztoku b) Čištění: odstranění usazenin (vápna, zárodků, solí z ústních pískovačů) Dezinfekce a čištění plivátka			a) 1x až 2x denně, min. po ukončení pracovní činnosti b) 1x až 2x týdně, před polední přestávkou dodatečně v případě potřeby	
Filtr **Odlučovač amalgámu**	Výměna, popř. čištění filtru podle předpisu výrobce Výměna/vyprázdnění zachytávacího kontejneru a likvidace vyloučených částí podle instrukcí výrobce	Používejte osobní ochranné prostředky (OOP) nedotýkejte se kontaminovaných částí odlučovače, používejte OOP	Používejte ochranné pracovní pomůcky v případě potřeby v případě potřeby	
Odsávací hadice (vně) **atd.** **Plivátko** (uvnitř a vně)	Dezinfekce a čištění otřením		po každém ošetření	
 Otisky např. algináty, silikony, polyéterová pryž, hydrokoloidy, polysulfidy atd., stejně jako **obrobky a pomůcky** např. protézy, můstky atd., sádrové modely, záznamy skusu a šablony skusu z vosku, šeloku nebo umělé hmoty a dále artikulátory, okluzátory, fixátory, obličejové oblouky apod.	Dezinfekce a čištění **strojním postupem:** podle předpisu výrobce **Mokrý chemický postup:** Dezinfekce a čištění vložením do roztoku, po uplynutí doby působení propláchnout pod tekoucí vodou, popř. vysušit vzduchem	Přístroj:	pod vyndání z úst před přepravou do zubní laboratoře, po obdržení ze zubní laboratoře	
 Předměty s povrchovými vrstvami rozpustnými v kyselině např. cementy, zubní kámen, oxidační vrstvy, zbytky tavidla	Čištění (např. v ultrazvukové lázni)		v případě potřeby	
 Předměty s nánosy ze sádry nebo alginátu	Čištění (např. v ultrazvukové lázni)		v případě potřeby	
				Ostatní
 Orální antisepse	Propláchnutí ústní dutiny nebo napuštění tampónů antiseptikem k redukci chorobaplodných zárodků v ústní dutině pacienta a také k současné prevenci pracovního týmu ordinace před infekcí	Přípravek:	před chirurgickými zákroky, u pacientů se zvýšeným rizikem infekce	Pacient
Prádlo Ochranný oděv dle DIN 66 083, operační prádlo, zvláště operační ubrousky, oděv pro operační úsek, pracovní oděv, atd.	Operační prádlo a operační oděvy, ochranné oděvy a textilní materiály, které přicházejí do kontaktu s pacientem, se musí interně nebo v rámci nákupu služeb u jiných firem vyčistit akreditovaným dezinfekčním a pracím postupem (dezinfekční automatická pračka dle EN 13795-1), operační prádlo se poté musí vhodně sterilizovat parní sterilizací. Pracovní oděvy se musí shromažďovat v dostatečně odolných a nepropustných nádobách/pytlích a čistit termicky nebo chemickou a termickou dezinfekční metodou	Přístroj: Mycí program: Přípravek, dávkování:	po použití po kontaminaci	Podnikatel
 Odpad Odpad z ošetřoven a ambulancí	Špičaté, ostré, snadno rozbitné předměty, části těla (např. zuby, tkáně), odpady kontaminované krví, výměšky (např. odsávač slin, vatové rolky, tampóny aj.), rovněž odpad obsahující zárodky nemocí, jež je nutné rozbít, je třeba shromažďovat bezprostředně na místě jejich výskytu v nepropustných odpadních nádobách bezpečných proti propíchnutí, proražení a odolných proti vlhkosti a bez přemísťování nebo třídění dopravit je v uzavřených odpadních nádobách k likvidaci spálením. Olověné fólie, staré filmy, ustalovače, vývojky, zbytky obsahující rtuť, staré léky, baterie budou likvidovány provozy zajišťujícími likvidaci odpadu. Odpady podobné domovnímu odpadu se budou shromažďovat v odpadních pytlích a třídit a likvidovat podle místních ustanovení.			

* Nekritické zdravotnické prostředky: zdravotnické prostředky, které přicházejí do styku výlučně s intaktní kůží
** Polokritické zdravotnické prostředky: zdravotnické prostředky, které přicházejí do styku se sliznicemi nebo chorobně změněnou kůží
*** Kritické zdravotnické prostředky: zdravotnické prostředky, které pronikají kůží nebo sliznicemi a přitom se dostávají do kontaktu s krví, vnitřními tělními a orgány (včetně poraněné) a výrobky používané v lékařství pro aplikaci krve, krevních produktů aj. sterilních léčiv Pacienti, u kterých je podezření na klinické onemocnění některé z přenosných spongiózních forem encefalopatie (CJK, vCJK atd.) se musí ošetřovat v zařízeních, která disponují vhodnými možnostmi prevence infekce. Úprava nástrojů a materiálů, které budou opět použity, se smí provádět pouze v zařízeních s externě certifikovaným managementem jakosti dle DIN EN ISO 13485/13488.

[1] Další pokyny viz produktové informace na internetu.
[2] dle EN 13727, EN 13624, EN 14561, EN 14562

Razítko ordinace/datum/podpis podnikatele

Tento plán dezinfekce a čištění předala společnost
DÜRR DENTAL SE · Höpfigheimer Str. 17
74321 Bietigheim-Bissingen · Germany · www.duerrdental.com
Telefon 0 71 42/705-0 · Fax 0 71 42/705-500

DÜRR DENTAL
THE BEST, BY DESIGN

PODI-020-30-05-04-A-05-03/02
Technické změny vyhrazeny